

FZP/ZP-26/D/19/15  
[www.attis.com.pl](http://www.attis.com.pl)

Warszawa, dn. 02.11.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

### Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 10 zadań” (nr referencyjny sprawy: FZP/ZP-26/D/19/15). – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:

Pytanie 1, zadanie 7, Myjnia Ultradźwiękowa  
Zamawiający w odpowiedziach/wyjaśnieniach na pytania z dnia 28.10.2015 r. do SIWZ odpowiedział, że wymaga aby myjnia ultradźwiękowa była wyrobem medycznym.  
Myjnie ultradźwiękowe nie są wyrobami medycznymi, ponieważ mogą być stosowane w wielu dziedzinach gospodarki. Wobec tego czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową bez deklaracji na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych (MMD 93/42/EEC), natomiast z deklaracją zgodności z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG i dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE?

Odpowiedź:

Myjnia nie musi być wyrobem medycznym. Wszystkie parametry myjni zostały opisane w zał. nr 5 do SIWZ zadanie nr 7 myjnia ultradźwiękowa.

W odpowiedziach na pytania z dnia 28.10.2015 r. Zestaw XII w odpowiedzi na pytanie 20 zaszła pomyłka pisarska Zamawiający omyłkowo wpisał musi być wyrobem medycznym, a miało być nie musi być wyrobem medycznym.

**Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.**

Zatwierdził:  
Kierownik Działu,  
Zamówień Publicznych  
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:  
Alina Rostkowska  
Tel. (22) 321 14 70  
e-mail: [przetargi@attis.com.pl](mailto:przetargi@attis.com.pl)