

FZP/ZP-26/D/24/15
www.attis.com.pl

Warszawa, dn. 19.11.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 2 zadania” (**nr referencyjny sprawy: FZP/ZP-26/D/24/15**). – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:

Pytanie 1, zadanie 1, Przenośny aparat ultrasonograficzny.
Czy Zamawiający dopuszcza wagę aparatu usg max. 10 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1, zadanie 1, Przenośny aparat ultrasonograficzny.
Czy Zamawiający dopuszcza brak funkcji obrazowania 4B Mode?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 23.11.2015 r. do godz. 10.00 i otwarcia ofert na dzień 23.11.2015 r. godz. 10.30 w zakresie zadania 1 Przenośny aparat ultrasonograficzny.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:
Kierownik Działu,
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Alina Rostkowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mail: przetargi@attis.com.pl