



Warszawa, dn. 06.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców**Zawiadomienie**

W postępowaniu przetargowym pn. „**Implanty, śruby i druty Kirschnera**” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/10/16 – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje że:

Zestaw I

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 2 niżej wymienionych pozycji i utworzenie nowego zadania np. Zadanie nr 3 ? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i obniżenie ceny produktów w tych pozycjach.

Lp.	Opis	Ilość w sztukach	Cena netto/sztuka	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent i jego nr katalogowy
		a	b	c = a x b	d	e = c + d	
2	Drut Kirschnera z trokarowym zakończeniem i tępy tyłem dł. 310mm, średnica: 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; niesterylne	150					
3	Drut Kirschnera z trokarowym zakończeniem z obu stron dł. 310mm, średnica: 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; niesterylne	150					

Opis oferowanych przez naszą firmę w tych pozycjach produktów jest w 100% zgodny z zapisami w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw I

1. Dotyczy Zadanie 1, pozycja 4,5,6:

W związku z faktem, iż opisane produkty z pozycji 4,5,6 zostały wycofane z rynku czy zamawiający dopuści następujące produkty:

Poz.4 Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłaniającej w okresie 7-14 dni

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Regon: 016441803; NIP 5272699583; KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy 70 155 000zł wpłacony w całości.

Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Oddziały: ul. Grochowska 278, ul. Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Nowogrodzka 62 A.

Recepcja: (+48) 22 321 12 00; sekretariat (+48) 22 321 14 00; fax: (+48) 22 321 14 06; strona: www.attis.com.pl; poczta: zarzad@attis.com.pl.

Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Medyczna i Laboratoryjna, Szpital Opieki Krótkoterminowej,

Chirurgia Jednego Dnia, Psychologia Pracy, Rehabilitacja.



serce Polski


(warstwa separująca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 10cm x 15cm.
Kształt siatki owalny

Poz.5 Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłaniającej w okresie 7-14 dni (warstwa separująca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 10cm x 15cm.
Kształt siatki owalny

Poz.6 Wielowarstwowa siatka separująca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłaniającej w okresie 7-14 dni (warstwa separująca) – polidwuoksanonu (warstwa łącząca). Rozmiar siatki 10cm x 20cm.
Kształt siatki prostokątny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymienione wyżej produkty w pozycjach 4, 5 i 6.


Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Alina Rostkowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mail: przetargi@attis.com.pl