

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „**Zakup i instalacja 5 stanowiskowego systemu monitorowania pacjenta**” nr referencyjny sprawy: FZP/ZP-26/D/15/16 wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje że:

Ad. zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dla 5 stanowiskowego systemu kardiomonitorów

Kardiomonitor - min. 5 sztuk

Pytanie 1

ad. 9

Czy Zamawiający zamiast 2 godzin zapisu krzywej EKG dopuści pamięć krzywej EKG z ostatnich 120 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści monitor z pamięcią 60 zdarzeń alarmowych, w tym arytmii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści monitor z pamięcią 60 zdarzeń alarmowych w tym arytmii.

Pytanie 3

ad. 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcjonalności polegającej na zapisywaniu danych pacjenta na zewnętrznym nośniku, w celu ich odczytywania na innym kardiomonitorze lub na komputerze PC?

Zwracamy uwagę, że taka funkcjonalność może pociągnąć za sobą skutki prawne, wynikające z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Ochrona danych osobowych w tym wrażliwych nie polega na zaniechaniu ich przetwarzania w systemach HIS i przesyłania do EDM, a taki cel ma ta funkcjonalność.

Pytanie 4

ad. 17

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu ustawianym w zakresie 10 – 40 sekund? Wymagane opóźnienie 60 sekund oznacza brak czynności oddechowej przez jedną minutę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu ustawianym w zakresie 10 – 40 sekund.

Centrala monitorująca

Pytanie 5

ad. 3

Czy Zamawiający dopuści centralę bez funkcji zdalnego wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu w kardiomonitorze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści centralę bez funkcji zdalnej zmiany szybkości wyświetlania wykresów w kardiomonitorze?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 08.08.2016 r. do godz. 12.00 i otwarcia ofert na dzień 08.08.2016 r. godz. 12.30. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska



Sprawę prowadzi:
Alina Rostkowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mil: przetargi@attis.com.pl