

Warszawa, dn. 10.01.2017 r.

Do Zainteresowanych

## ODPOWIEDŹ NA INFORMACJĘ WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Materiały medyczne w podziale na 24 pakiety” nr ref sprawy FZP/ZP-26/D/26/16 w zakresie pakietu nr 9.**

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Materiały medyczne w podziale na 24 pakiety**” numer sprawy: FZP/ZP-26/D/26/16, w zakresie pakietu nr 9, Wykonawca Bialmed Sp. z o. o na podstawie art. 181 ust 1 ustawy, w dniu 03.01.2017 r. złożył informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, stwierdzając nw. nieprawidłowości w ofercie złożonej przez firmę NEOMED.

„W pakiecie nr 9:

*pozycja 9- Zamawiający wymagał cewników urologicznych Pezzer wykonanych z lateksu naturalnego, silikonowanych. Dokumenty złożone przez Wykonawcę potwierdzają spełnienie tego warunku wyłącznie dla rozmiaru CH36-cewnika firmy Teleflex. Pozostałe rozmiary produkowane przez firmę Poloplast nie spełniają powyższego wymogu. Cewnik Pezzer w rozmiarze CH36 Teleflex ma długość 35 cm, natomiast Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał długości 40 cm,*

*pozycja 40 – Zamawiający wymagał aparatu ze zintegrowaną zastawką zabezpieczającą przed wypływem płynu. Zaoferowany produkt Wygon Spice nie posiada zastawki, a więc nie spełnia wymogów SIWZ.*

*Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oferta złożona przez firmę NEOMED, w zakresie pakietu nr 9 jest niezgodna z SIWZ, a w związku z tym na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy, podlega odrzuceniu, w związku z czym wnosimy o dokonanie ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej”*

W zakresie zarzutu dotyczącego oferty Firmy NEOMED ze względu na zaoferowanie w pakiecie nr 9 produktu niezgodnego z wymogami SIWZ, Zamawiający uznaje zasadność przekazanej informacji i ponownie dokonuje badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 9.

Zamawiający prosi potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr Fax: 22/ 321 14 70 lub e-mail: [przetargi@attis.com.pl](mailto:przetargi@attis.com.pl)

Sprawę prowadzi:  
Alina Rostkowska  
Tel. 22/321 14 67,  
e-mail: [przetargi@attis.com.pl](mailto:przetargi@attis.com.pl)

Zatwierdził  
  
KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Anna Rostkowska