

Zestaw IX

Dotyczy pakietu nr 6 - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe

Pytanie nr 1

W związku z udzielonymi w dniu 26 kwietnia 2017r. odpowiedziami zwracam się do Zamawiającego z prośbą o ponowną analizę pytania nr 4 (zestaw IV) tj.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w intuicyjną w obsłudze klawiaturę symboliczną, skracającą czas obsługi urządzenia? (Dot. ad. 3)

Proponowane rozwiązanie znacząco skraca czas obsługi urządzenia a jednocześnie ułatwia pracę poprzez ujednoczenie oznakowań wszystkich rodzajów urządzeń, co sprawia że obsługa jest intuicyjna w każdym modelu. Dodatkowo w przypadku odpowiedzi pozytywnej, zwiększy się ilość konkurencyjnych ofert w postępowaniu, co pozwoli wyłonić ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w intuicyjną w obsłudze klawiaturę symboliczną.

Ponadto:

1. W celu doprecyzowania zapisów w OPZ załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zmienia ten załącznik. Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ zostanie załączony w oddzielnym pliku.
2. W celu doprecyzowania zapisów we wzorze umowy załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający zmienia ten załącznik. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ zostanie załączony w oddzielnym pliku.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Sprawę prowadzi:
Anna Janowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mil: przetargi@attis.com.pl

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Wiktor Masłowski