

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „**Dostawa i instalacja diatermii krótkofalowej wysokiej częstotliwości - 2 szt.**” nr ref. sprawy FZP.26.ZP.D.7.2017, wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje że:

Zestaw I

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści diatermię o następujących parametrach:

Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej

Sterownik na kółkach

Ciekłokrystaliczny dotykowy, kolorowy wyświetlacz

Bank gotowych programów terapeutycznych

Możliwość wprowadzenia własnych programów

Kartoteka pacjenta

Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm

Skala progów bólu

Generowana częstotliwość 27,12Mhz

Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-500W przy emisji ciągłej i od 0-1000W przy emisji impulsowej

Czas trwania impulsu 400 mikrosekund

Częstotliwość dostrajania w 10 etapach od 20-200Hz

Zegar min. 30 minut

Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola

• Wyposażenie:

2 ramiona krótkofalowe,

• 2 kable krótkofalowe,

• 2 elektrody dyskowe (Schliephake) 150mm,

• 2 bezpieczniki 10AT,

• 1 klucz Allan.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zestaw II

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesną impulsową diatermię, która nie wymaga zabezpieczeń, osobnego pomieszczenia o wadze nie przekraczającej – 4,5 kg oraz posiadającej ekran dotykowy z możliwością wyboru gotowych programów terapeutycznych,

głowicę zabiegową 30mm, na której można ustawić żadaną wartość mocy, zasilanie 100 – 240V, 50Hz, pobór mocy 70W i częstotliwości wyjściowej 500 kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto:

Na podstawie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) termin składania ofert
z:
17.05.2017 r. godz. 10:00
na:
18.05.2017 r. godz. 12:00
- 2) termin otwarcia ofert
z:
18.05.2017 r. godz. 10:30
na:
18.05.2017 r. godz. 12:30

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz jego załącznikach.

Zatwierdził:

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Alina Rostkowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mil: przetargi@attis.com.pl