

Warszawa dn.08.06.2017 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

### Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego” wyposażenie medyczne nr ref. sprawy FZP.26.ZP.D.12.2017, wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje że:

*Zestaw I*

#### **Zadanie 3: Pozycja 17: Aparat EKG**

##### **Pytanie nr 1**

Pytanie do pkt. 8: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem 5,7" i rozdzielczości 640x480?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aparat EKG z ekranem 5,7" i rozdzielczości 640x480.**

##### **Pytanie nr 2**

Pytanie do pkt. 12: Czy zamawiający dopuści aparat EKG gotowy do współpracy z EDM, umożliwiającą eksport badań za pomocą dołączonego oprogramowania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aparat EKG gotowy do współpracy z EDM, umożliwiającą eksport badań za pomocą dołączonego oprogramowania. Opisane rozwiązanie jest zgodne z zapisami SIWZ.**

##### **Pytanie nr 3**

Pytanie do pkt. 13: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością przesyłu badań pod LAN i WI-FI pośrednio za pomocą dołączonego oprogramowania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aparat EKG z możliwością przesyłu badań pod LAN i WI-FI pośrednio za pomocą dołączonego oprogramowania. Opisane rozwiązanie jest zgodne z zapisami SIWZ.**

##### **Pytanie nr 4**

Pytanie do pkt. 14: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią 400 badań i oprogramowaniem do ich archiwizacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza dopuści aparat EKG z pamięcią 400 badań i oprogramowaniem do ich archiwizacji. Opisane rozwiązanie jest zgodne z zapisami SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość podłączenia do kompleksowej platformy kardiologicznej (badania EKG, holtery, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) umożliwiającej integrację z systemem szpitalnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodne z zapisami SIWZ wymaga możliwość współpracy z systemem przechowywania i interpretacji badań.**

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający wyodrębni aparat EKG jako oddzielny pakiet, dzięki czemu zwiększy konkurencyjność i tym samym uzyska lepszą cenę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i nie wyodrębni urządzenia 17 – aparat EKG do osobnego pakietu.**

**Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Zatwierdził:

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Wiktor Masłowski**

Sprawę prowadzi:  
Anna Janowska  
Tel. (22) 321 14 70  
e-mil: przetargi@attis.com.pl