

FZP.26.ZP.D.1.2018

Warszawa dn. 01.03.2018 r.

[www.attis.com.pl](http://www.attis.com.pl)

**Do wszystkich Wykonawców**

### Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „**Materiały medyczne w podziale na 13 zadań**” nr ref. sprawy FZP.26.ZP.D.1.2018, wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje że:

#### Zestaw I

##### **Pytanie nr 1**

Zadanie nr 1, Poz.8

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 8 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu, a tym będzie mógł racjonalnie gospodarować finansami publicznymi.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

##### **Pytanie nr 2**

Zadanie 2

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 1-4,10,12-28,36-37,39-47,50-51,55,58,65-72,75-81 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Umożliwi w ten sposób przystąpienie do przetargu większej liczbie firm, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny całego pakietu a w związku z tym Zamawiający uzyska korzystniejsze oferty i da to możliwość racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

##### **Pytanie nr 3**

Zadanie 2, Poz.10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości?

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

##### **Pytanie nr 4**

Zadanie 2, Poz.16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, z zaokrągleniem w górę?

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

##### **Pytanie nr 5**

Zadanie 2, Poz.27

Czy zamawiający dopuści wycenę i przeliczenie ilości za opakowanie 25 szt.?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 7**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 12**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ co do długość rolki, szerokość oraz perforacji, zaś nie określa ilości odcinków w podkładzie.

**Pytanie nr 15**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Zadanie 2, Poz.36-37

Czy zamawiający pisząc w formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie „jm.” miał na myśli rolkę?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w kolumnie „jm.” wpisując „szt.” miał na myśli rolkę tzn. 1 szt. =1 rolka.

**Pytanie nr 18**

Zadanie 2, Poz.50

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorecza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej „rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, opaska stabilizująca dren wewnątrz opakowania, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19**

Zadanie 2, Poz.50

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie?  
Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

Zadanie 2, Poz.50

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Zadanie 2, Poz.50

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 2, Poz.50

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Zadanie 2, Poz.51

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Zadanie 2, Poz.51

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wykonane z PP, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory z PP, ponieważ tym samym dopuszcza, by dren był wykonany z innego tworzywa niż PP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Zadanie 2, Poz.51

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Zadanie 2, Poz.51

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Zadanie 2, Poz.58

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, skala mała co 5 ml, duża skala co 10 ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28**

Zadanie 2, Poz.65

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z jednostronną skalą pomiarową co 2 ml, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29**

Zadanie 2, Poz.67

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

Zadanie 2, Poz. 77

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 10 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31**

Zadanie 2, Poz.78

Czy zamawiający dopuści jednorazowy wziernik ginekologiczny typu Cusco, regulowany śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb? Komfort badania zapewnią precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki. Właściwości zastosowanego materiału pozwalają na odpowiednie ustawienie wziernika bez obawy przed pęknięciem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32**

Zadanie 2, Poz.78

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33**

Zadanie 2, Poz.79,80

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34**

Zadanie 4, Poz.4-7

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym, pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35**

Zadanie 4, Poz.4-7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Zestaw II***Pytanie nr 1**

Część 3

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehr'a o innych parametrach tzn. dla CH 12 38X16; CH14 38x16; Ch16 38x16, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Podkreślamy że opisane długości dla drenea Kehra odpowiadają drenom Producenta Medical Dren, które nie są już produkowane.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

*Zestaw III***Pytanie nr 1**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci karę umowną, w przypadku:

- 1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 2) opóźnienia w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% od wartości brutto niedostarczonej na czas zamówionej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,5% ww. wartości za każdy następny dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej na czas zamówionej części zamówienia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 3) opóźnienia w usunięciu wad lub niezgodności stwierdzonych w dostarczonym przedmiocie umowy i zgłoszonych zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jeżeli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,5% ww. wartości za każdy następny dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 4) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Zestaw IV***Pytanie nr 1**

Zadania 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

Zadania 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-15ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Zadania 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o powierzchni standardowej, przezroczysty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Zadania 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczysty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Zadania 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

Zadania 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostacyjno – mechaniczny o skuteczności nawilżania 31,2 mg/H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 oraz skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Zadania 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

Zadanie 2, pozycja 17

Czy Zamawiający oczekuje koszuli wykonane z włókniny typu spunlance?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Zadania 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści lancety o dł. grota 0,9mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

Zadania 2, pozycje 20 - 22

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia – papier?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Zadanie 2, pozycja 33-35

Czy Zamawiający dopuści podkład 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), z wkładem chłonnym pikowanym (wata, superabsorbent SAP, pulpa), Rozmiar podkładu 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, o chłonności min. 3850 ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 12**

Zadanie 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Zadanie 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

Zadanie 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Zadanie 2, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1 litr o wysokości 120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

Zadanie 2, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Spike z kolcem o średnicy ok. 4,25mm oraz długości ok. 20mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Zadanie 2, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu TS z precyzyjnym regulatorem bez dodatkowego otworu do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, z nazwą producenta umieszczoną na op. jednostkowym zamiast na przyrządzie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18**

Zadanie 2, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu IS z komorą kropłową o dł. 55mm w części przezroczystej, z nazwą producenta umieszczoną na op. jednostkowym zamiast na przyrządzie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu w SIWZ.

**Pytanie nr 19**

Zadanie 2, pozycja 53

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki były silikonowane?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20**

Zadanie 2, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu (PE)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Zadanie 2, pozycje 59 - 62

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokami posiadającymi przewężenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 2, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a'70 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23**

Zadanie 2, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 11ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Zadanie 2, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 5,5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Zadanie 2, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 2,5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Zadanie 2, pozycje 65 - 66

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą jednostronną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27**

Zadanie 2, pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76mm x 25mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28**

Zadanie 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier AT-1 z nadrukiem czerwonym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29**

Zadanie 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier AT-10 z nadrukiem czerwonym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

Zadanie 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne w rozmiarze 37mm x 41mm lub o średnicy 30mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31**

Zadanie 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści elektrody do monitoringu o średnicy 50mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Zestaw V***Pytanie nr 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 9 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 26 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 27 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 28 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 29 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 33 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 34 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 35 do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:



Sprawę prowadzi:  
Alina Rostkowska  
Tel. (22) 321 14 70  
e-mail: [przetargi@attis.com.pl](mailto:przetargi@attis.com.pl)