

FZP/Zp-22/U/33/12
www.attis.com.pl

Warszawa, 18.10.2012r.

Do
Wszyscy nabywcy SIWZ

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „obsługa serwisowa aparatury RTG” (nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/U/33/12) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. nr 113 poz.759 ze zm.) informuje że:

1) SIWZ i Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową (załącznik nr 4).
W związku z rozbieżnością zapisów Rozdziału III SIWZ Przedmiot zamówienia pkt 1.5 oraz zapisów w zakresie obsługi umową serwisową – Części zamiennie, kropka pierwsza prosimy o ujednoczenie tych zapisów.

Odp. W Rozdziale III SIWZ pkt 1.5 dotychczasowy zapis Zamawiający modyfikuje i otrzymuje on brzmienie:

„Dostawy oryginalnych części zamiennych, w tym komponentów specjalnych, tj.lamp rentgenowskich i wzmacniaczy obrazu w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. Dla aparatu rtg SIRESKOP CX dostawa części nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.”

2. SIWZ Rozdział XI Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pkt 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wymienionych w Rozdziale XI w pkt. 1a i 1b, a nie 2a i 2b

Odp. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wymienionych w Rozdziale XI w pkt. 1a i 1b, a nie 2a i 2b.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2012 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz.10.30.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska