

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego” wyposażenie medyczne nr ref. sprawy: FZP.26.ZP.D.5.2017, unieważnienia ww postępowanie.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Wykaz złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	cena brutto	Ilość punktów wg kryt. ceny	Ilość punktów wg kryt. średni okres gwarancji	Suma punktów
1	XMED Sp. z o. o. Proszew A 13 07-110 Grębków	2 985 750,00 zł	52,22 pkt.	21,00 pkt.	73,22 pkt.
2	Konsorcjum firm: Formed Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec i WolfMed Sp. z o. o. Ul. Balicka 77, 30-149 Kraków	2 598 424,86 zł	60,00 pkt.	31,17 pkt.	91,17 pkt.

Oferty odrzucone

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 oferta nr 2 Konsorcjum firm Formed Sp. z o. o. Sp. K. i WolfMed Sp. z o. o. została odrzucona treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca Lider Konsorcjum Formed Sp. z o. o. Sp. K. został wezwany do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów Zamawiający na podstawie tych dokumentów oraz uzyskanych informacji od producentów dotyczących :

- a) Zamawiający wymagał w SIWZ koca elektrycznego w całości jako wyrób medyczny zaś zaofertowany koc elektryczny nie jest w całości wyrobem medycznym – nie spełnia wymagań SIWZ,
- b) Zamawiający wymagał w SIWZ łóżka szpitalnego o nominalnym, dopuszczalnym, bezpiecznym obciążeniu min. 220 kg zaś zaofertowane łóżko Leo typ 900 posiada nominalne, dopuszczalne, bezpieczne obciążenie max 215 kg – nie spełnia wymagań SIWZ

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione- kolejna złożona oferta znacznie przekracza wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 2 514 218,00 zł brutto.

Zamawiający dziękuje za udział Wykonawcom w niniejszym postępowaniu. Niebawem zostanie ogłoszone ponownie postępowanie – zapraszamy do składania ofert.

Zatwierdził

PROKURENT
Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski

Sprawę prowadzi:

Anna Janowska

Tel. 22/321 14 67,

e-mail: przetargi@attis.com.pl