

Wykaz sprzętu podlegającego konserwacji i przeglądom technicznym w okresie 12 m-cy

Część nr 1

Załącznik nr 6 do SIWZ

**wywoływarki rtg**

LP.	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny producent	Nr inw.	Rok Produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeглядów 1x m-c	Sumaryczna Ilość przeглядów	Cena Ryczałtowa za jeden przeгляд/ netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1	AGFA Classic EOS	5521	8-04349- 00	2006	Konserwacja i przeгляд	1	12				
2	KODAK M 53	77067	8-03090- 00	1997		1	12				
3	AFP MINIMED 2S	23100	8-04290	2005		1	12				
4	PROTEC II	11901-0509- 3702	8-04676- 00	2005		1	12				
5	PERIOMAT	V009870	8-04788- 00	2000		1	12				
6	PERIOMAT	L001241	b.n.	2000		1	12				
Suma											

**Wykaz czynności wchodzących w zakres konserwacji miesięcznej wywoływarek rtg.**

1. Przeгляд wywoływarek:
  - a/ sprawdzenie stanu technicznego
  - b/ wykonanie prób działania

- 2. Wymiana odczynników chemicznych:**
  - a/ uzupełnienie tanków regeneratora
  - b/ napełnienie tanków pracy
  - c/ sprawdzenie wartości chemicznej
  
- 3. Testy kontrolne:**
  - a/ układu elektrycznego
  - b/ układu mechanicznego
  - c/ układu hydraulicznego
  
- 4. Próby działania:**
  - a/ próby mechaniczne
  - b/ próby zdjęciowe
  
- 5. Mycie , czyszczenie i drobne naprawy bieżące:**
  - a/ układu hydraulicznego
  
- 6. Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego.**
  
- 7. Dokonywanie wpisów do paszportu technicznego po wykonaniu czynności konserwacyjnych.**
  
- 8. Koszt materiałów zużytych do konserwacji pokrywa Wykonawca**

Konserwacja raz w miesiącu.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego konserwacji i przeglądom technicznym w okresie 24 m-cy

Część nr 2

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Aparaty RTG stomatologiczne

Lp.	Nazwa aparatu  TYP	Nr seryjny  producent	Rok Produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeглядów / 1x 2 m-ce	Sumaryczna Ilość przeглядów	Cena Ryczałtowa za jeden przeгляд/ netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1	Pantomograf SIEMENS Orthophos	014951S02	1996	Konserwacja i przeгляд	1	12				
2	Pantomograf PLANMECA PROLINE XC	XC430884	2009		1	12				
3	Aparat stomatologiczny Planmeca Prostyle Intra	EJF955734	1998		1	12				
4	Aparat stomatologiczny Philips DENS-O-MAT	9141497	1992		1	12				
Suma										

### **Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie na bieżąco czynności konserwacyjno-przeglądowych z częstotliwością minimum co 2 miesiące w zakresie ogólnym zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu polegające na:
  1. Testowanie pod względem bezpieczeństwa sprzętu i aparatury objętych usługą.
  2. Dokonywania niezbędnych regulacji i poprawności ustawień.
  3. Sprawdzenie poprawności połączeń.
  4. Kontroli poprawności działania.
  5. Czyszczeniu i smarowaniu elementów ruchomych urządzeń.
  6. Diagnozowanie i informowanie o ewentualnych nie sprawnościach aparatów objętych konserwacją.
  
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach wartości podanej za usługę konserwacji danego urządzenia).
  
- Dokonywanie wpisów do paszportu technicznego po wykonaniu czynności konserwacyjno-przeglądowych.
- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i wpisanie go do paszportu technicznego oraz wystawienie certyfikatu.
  
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
  
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy i konserwację techniczne.

### **Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usług serwisowych w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza konserwację i przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 3

Załącznik nr 6 do SIWZ

## aparaty EKG

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw:	Rok prod.	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / 1x rok	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Multicard E-300	0108	8-01005	1996	Prze gląd  i testy bezp ieczeń stwa	1	2				
2.	Astron Cardiete	244	8-01239	1996		1	2				
3.	Cardiorapid K33M	LGRD004	8-01752-00	1996		1	2				
4.	Ascard 3	10/97/LC DB	8-03056-00	1997		1	2				
5.	Schiller AT-4	010.2584	8-03641-00	2000		1	2				
6.	Schiller AT-10	171.03614	8-03642-00	2000		1	2				
7.	Schiller AT-1	190.18617	8-03643-00	2000		1	2				
8.	Schiller AT-1	190.18739	8-03644	2000		1	2				
9.	Schiller AT-1	190.18528	8-03645	2000		1	2				
10.	Schiller AT-2	025.06005	8-04155	2004		1	2				
11.	AsCard A4-B	450/04/IR	8-04237	2004		1	2				
12.	Ascard A-4	449/04/R	8-04238	2004		1	2				
13.	ELI-250	10740021 19163	8-04426-00	2007		1	2				
14.	ELI-250	10735075 1163	8-04427-00	2007		1	2				

15.	MAC 500	50000727 6	8-04296	2005		1	2				
16.	MAC 500	50007283	8-04354- 00	2006		1	2				
17.	ELI-250	10742049 6163	8-04434- 00	2007		1	2				
18.	MeCa 812i	MD05308 1000100	8-04455- 00	2008		1	2				
19.	Schiller AT-1	11999900 0383	8-04571- 00	2010		1	2				
20.	ASCARD – 3	177/97/LC DB	8-04673- 00	1997		1	2				
21.	ASCARD GOLD	1405	8-04691- 00	2005		1	2				
22.	ASCARD 4	99/00/68	8-04693- 00	2000		1	2				
23.	Ascard Silver	356/07/P	8-04741- 00	2007		1	2				
24.	Ascard MR SILVER	354/07/P	8-04742- 00	2007		1	2				
25.	Schiller AT-1	190.33835	8-04777- 00	2009		1	2				
26.	E 600	11054	8-04803- 00	2004		1	2				
suma											

Zakres obsługi objętej umową:

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.

- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach wartości podanej za usługę konserwacji danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 4

Załącznik nr 6 do SIWZ

**defibrylatory**

Lp.	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / 1x rok	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Lifepak 10	26464	8-01027	1996	Przeł ąd i test bezpie czeńst wa	1	2				
2.	Defi Card Combi II	04010156 + 0248	8-03904	2001		1	2				
3.	Responder 1000	101127719	8-04296	2005		1	2				
4.	Responder 1000	101127245	8-04354-00	2006		1	2				
5.	M-series	T087106748	8-04456-00	2008		1	2				
6.	Deficard A	28/05	8-04689-00	2005		1	2				
<b>Suma</b>											



### **Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach wartości podanej za usługę konserwacji danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

### **Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowej w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 3

Załącznik nr 6 do SIWZ

## kardiomonitor FX 2000

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw:	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / 1x rok	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena ryczałto wa za jeden przegląd / netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Centrala	0333	8-03903-00	2001	Przeгляд i test bezpieczeństwa	1	2				
2.	Kardiomonitor FX 2000	0323	8-03903-01	2001		1	2				
3.	Kardiomonitor FX 2000	0324	8-03903-02	2001		1	2				
4.	Kardiomonitor FX 2000	0326	8-03903-03	2001		1	2				
5.	Kardiomonitor FX 2000	0325	8-03903-04	2001		1	2				
6.	Kardiomonitor FX 2000	0303	8-03903-05	2001		1	2				
7.	Kardiomonitor FX 2000	0306	8-03903-06	2001		1	2				
8.	Kardiomonitor FX 2000	0305	8-03903-07	2001		1	2				
9.	Kardiomonitor FX 2000	0304	8-03903-08	2001		1	2				
10.	Centrala	1335	8-04294	2005		1	2				
11.	Kardiomonitor FX 2000	1356	8-04294	2005	1	2					
12.	Kardiomonitor FX 2000	1357	8-04294	2005	1	2					
13.	Kardiomonitor FX 2000	1358	8-04294	2005	1	2					
14.	Kardiomonitor FX 2000	1359	8-04294	2005	1	2					
15.	Kardiomonitor FX 2000	1360	8-04294	2005	1	2					
16.	Kardiomonitor FX 2000	2085	8-04454-00	2008	1	2					
Suma											

### **Zakres obsługi objętej umową serwisową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

#### **Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowej w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 6

**sprzęt rehabilitacyjny**

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.	Nazwa aparatu  TYP	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / 1x w roku	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Magnetronik MF-10	2871/05	8-04307	2005	Przeł ąd i testy bezpie czeńst wa	1	2				
2.	Terapuls GS 220	960130	8-02070	1997		1	2				
3.	Laser NET 700S	27/11	8-01775-00	1997		1	2				
4.	Lampa Sanisol	10005	8-04572-00	2010		1	2				
	Interdynamic	356	8-01528			1	2				

5.	ID-4C			1996							
6.	Interdynamic ID-8C	712	8-04310	2005	1	2					
7.	Interdynamic ID-4C	146	8-01034- W	2003	1	2					
8.	Interdynamic ID-4C	313	8-01286- 00/100	1996	1	2					
9.	Interdynamic ID-4C	1803	8-04070	2002	1	2					
10.	Interdynamic ID-8C	561	8-04236	2004	1	2					
11.	Termo 500	00446	8-04311	2005	1	2					
12.	Aparat BTL 4000	4000- 0284044	8-04460- 00	2008	1	2					
13.	Kriopol R26	152T/97	8-03027- 00	1997	1	2					
14.	Kriopol R	094/2008	8-04450	2008	1	2					

15.	Terapuls GS 220	960043	8-01690-00	1996		1	2				
16.	Magnetronik MF 10	125	8-01002	1996		1	2				
17.	Magnetronik MF 10	492	8-01287	1996		1	2				
18.	Pulsotronik ST-4M	195	8-01531	1996		1	2				
19.	Pulsotronik ST-4M	193	8-01530	1996		1	2				
20.	Pulsotronik ST-4M	194	8-01529	1996		1	2				
21.	InVac Med.	022/2004	8-04230	2004		1	2				
22.	InVac Med.	0014/2005	8-04303	2005		1	2				
23.	Piezoson	0303365	8-04309	2005		1	2				
24.	Maglaser	0036	8-03214-00	1998		1	2				

25.	Lampa Solux	116-80	8-01285-00/100	1996		1	2				
26.	Scaner od Maglasera		8-04272	2005		1	2				
27.	Lampa Solux	740/79	b/n	1996		1	2				
28.	Interdynamic ID-4C	356	8-01528	1996		1	2				
29.	Sonopuls 590	08669	8-01469	1996		1	2				
30.	Lampa do terapi świetlnej	017-0806-1372	8-04494	2008		1	2				
31.	Terapuls GS-220	9100049	8-00953	1996		1	2				
32.	Kriopol K26-M1	016/96	8-01674-00	1996		1	2				
33.	PHYSIOTER D-50	D/50076V1.5	8-04707-00	1998		1	2				
34.	Aplikator Laserowy	71106	8-04708-00	1995		1	2				

35.	Laser IR 904-30	P263	8-04709-00	1995		1	2				
36.	Magnetronic MF-10	164	8-04710-00	1993		1	2				
37.	Aparat SONOPULS 590	1495	8-04711-00	1995		1	2				
38.	Laser Lasertronik LT-30	218	8-04712-00	1999		1	2				
39.	Terapuls GS-220	940054	8-04714-00	1995		1	2				
40.	Aparat SONOPULS 590	7230	8-04715-00	1995		1	2				
41.	Lampa Bioptron PRO-1	001-0744-1223	8-04716-00	2007		1	2				
42.	Aparat GYMNA DUO 200	20901	8-04717-00	2007		1	2				
	Aparat GYMNA	20923	8-04718-			1	2				



43.	DUO 200		00	2007						
44.	Aparat GYMNA COMBI 200	21433	8-04719- 00	2007	1	2				
45.	Aparat Thermatur 200	CO6941	8-04720- 00	2007	1	2				
46.	Aparat Magner Plus	MP- 15/04/07	8-04721- 00	2007	1	2				
47.	Laser Doris CTL1106MX	M1318006 MXJ	8-04722- 00	2001	1	2				
48.	Kriopol-R	160/09/2009	8-04723- 00	2009	1	2				
49.	Laser LBR-IR	174	8-04858	1996	1	2				
50.	Interdynamic ID-4C	1113	8-04859	1999	1	2				
51.	Pulsotronik ST- 44	75	8-04860	1993	1	2				

52.	Stymat S-210	81565	8-04861	1995		1	2					
53.	Stymat S-110	80124	8-04862	1995		1	2					
54.	Inhalator JU-S	1920	8-04863	2003		1	2					
55.	Inhalator IU-S	0301/2033/0 5	8-04864	2005		1	2					
56.	Stymat S-210	81531	8-04865	1995		1	2					
57.	Lampa kwarcowa EMITA	b.n.	b.n.	b.d.		1	2					
58.	Lampa Solux	377	b.n.	b.d.		1	2					
59.	Lampa Solux	171	b.n.	b.d.		1	2					
60.	Diatronic DT-7B	665	b.n.	b.d.		1	2					
61.	Diatronic DT-7B	664	b.n.	b.d.		1	2					
62.	Diatronic DT-7B	51	b.n.	b.d.		1	2					
									Suma			

Zakres obsługi objętej umową serwisową:

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami, producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu , wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu , oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego

---

podpis osoby/osób upoważnionej

Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa sprzętu, który tego wymaga w okresie 24 m-cy

Część nr 7

Załącznik nr 6 do SIWZ

aparaty Holtera i do prób wysiłkowych

Lp.	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowa na ilość przeглядów / 1x rok	Sumaryczna Ilość przeглядów	Cena ryczałtowa za jeden przeгляд netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	System MT200 + 2 rejestratory MT100	278.00438 + 276.01092;2 76.01370	8-04133	2002	Przeгляд i test bezpieczeństwa	1	2				
2.	Rejestrator BR 102 Plus	290.02133	8-04403-00	2007		1	2				
3.	Rejestrator BR 102 Plus	290.02134	8-04404-00	2007		1	2				
4.	Rejestrator EKG MT101	300.02856	8-04327-00	2006		1	2				
5.	Zestaw do prób wysił.A- 104PC	040.04243	8-04328-00	2006		1	2				
6.	Rejestrator EKG MT101/3	300.09327	8-04474-00	2009		1	2				
7.	Rejestrator EKG MT101/3	300.09328	8-04475-00	2009		1	2				

8.	Rejestrator EKG MT101/3	300.09329	8-04476-00	2009		1	2					
9.	Rejestrator EKG MT101/3	300.09330	8-04477-00	2009		1	2					
10.	Rejestrator EKG MT101/3	300.09331	8-04478-00	2009		1	2					
11.	Ergometr ERG911S	9110401742	8-04524-00	2009		1	2					
12.	Aparat wysiłkowy z bieżnią B-612	19/05	8-04690-00	2005		1	2					
13.	Rejestrator DR 180+	198531/2003 -07	8-04800-00	2004		1	2					
14.	Rejestrator DR 180+	327839/2007 -02	8-04801-00	2004		1	2					
15.	Rejestrator DR 180+	200157/2005 -02	8-04802-00	2004		1	2					
16.	Rejestrator MT 101	270.00710	8-04845-00	2007		1	2					
17.	Rejestrator MT101	300.14054	8-05189-00	2013		1	2					
18.	Bieżnia Trackmaster TXM425	FV12037	8-05192-00	2013		1	2					
<b>Suma</b>												

**Zakres obsługi objętej umową :**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 8

Załącznik nr 6 do SIWZ

## aparaty USG

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / 1x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/ netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Logiq 500	368800YM9	8-01750-00	1996	Przeгляд i testy bezpieczeństwa	1	2				
2.	Sonoline G 50	GEE2872	8-04295	2005		1	2				
3.	Voluson 730 PRO	A36346	8-04323-00	2006		1	2				
4.	VIVID 4	11364	8-04405-00	2007		1	2				
5.	2101 Falcon	2003-1844103	8-04542-00	2003		1	2				
6.	ACUSON X300PE	315263	8-04683-00	2009		1	2				
Suma											

Zakres obsługi objętej umową:

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.

- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej



## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 9

Załącznik nr 6 do SIWZ

**detektory tętna płodu**

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów w / 1x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	UDT-10	1765	b.n	1996	Przeł d  i test bezpiec zeństwa	1	2				
2.	UDT-10	1203	b.n.	1996		1	2				
3.	UDT-20	2562/2004	b.n.	2004		1	2				
4.	UDT-10A	485/2000	8-03584-00/ W	1996		1	2				
5.	UDT-20	2566	8-04233	2004		1	2				
6.	UDT-300	2739	8-04699-00	2005		1	2				
7.	UDT-300	2617	8-04700-00	2005		1	2				
8.	UDT-10M	2035	8-05051	1996		1	2				
9.	UDT-10M	2180	8-05052	1996		1	2				
Suma											

**Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego

- zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego (w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
  - Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
  - Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 10

Załącznik nr 6 do SIWZ

## koncentratory tlenu

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw:	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów w / 2x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów w	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842617	8-04318-00	2006	Przeгляд i test bezpieczeństwa	2	4				
2.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842608	8-04318-01	2006		2	4				
3.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842586	8-04318-02	2006		2	4				
4.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842610	8-04318-03	2006		2	4				
5.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842495	8-04319-00	2006		2	4				
6.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842566	8-04319-01	2006		2	4				
7.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842492	8-04320-00	2006		2	4				
8.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842460	8-04320-01	2006		2	4				
9.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842579	8-04321-00	2006		2	4				
10.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842583	8-04321-01	2006	Przeгляд	2	4				

11.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842557	8-04322-00	2006	i test bezpie czeństwa	2	4					
12.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842550	8-04322-01	2006		2	4					
13.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861546	8-04335	2006		2	2					
14.	Koncentrator tlenu New Life Elite	842638	8-04336	2006		2	4					
15.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861567	8-04337	2006		2	4					
16.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861526	8-04338	2006		2	4					
17.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861433	8-04339	2006		2	4					
18.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861568	8-04340	2006		2	4					
19.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861570	8-04341	2006		2	4					
20.	Koncentrator tlenu New Life Elite	861571	8-04342	2006		2	4					
Suma												

**UWAGA: Wymieniony sprzęt znajduje się w domach pacjentów. W celu przeprowadzenia przeglądu Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia terminu z personelem zatrudnionym w placówce.**

Zakres obsługi objętej umową serwisową:

- Wykonywanie dwa razy w roku pełnego przeglądu technicznego z wymianą filtrów i baterii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.

- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa sprzętu okresie 24 m-cy

Część nr 11

Załącznik nr 6 do SIWZ

## pompy ASCOR

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów 1x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	SEP-21S	B/1118/97	8-03142-00	1998	Przeгляд i test bezpieczeństwa	1	2				
2.	SEP-21S	B/1117/97	8-03143-00	1998		1	2				
3.	SEP-21S	B/1119/97	8-03144-00	1998		1	2				
4.	SEP-11S	A/3750/00	8-03145-00	1998		1	2				
5.	SEP-11S	A/3735/00	8-03811	2001		1	2				
6.	SEP-11S	A/3667/00	8-03813	2001		1	2				
7.	SEP-11S	A/3673/00	8-03814	2001		1	2				
8.	AP-22	AP22/1124/04	8-04231	2004		1	2				
9.	AP-22	AP22/1125/04	8-04232	2004		1	2				
10.	AP-22	AP22/2954/07	8-04412-00	2007		1	2				
11.	AP-22	AP22/2957/07	8-04413-00	2007		1	2				
12.	AP-22	AP22/2956/07	8-04414-00	2007		1	2				
13.	AP-22	AP22/2953/07	8-04415-00	2007		1	2				

14.	AP-22	AP22/2955/07	8-04416-00	2007		1	2				
Suma											

**Zakres obsługi objętej umową serwisową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu , oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego (w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym z testami bezpieczeństwa w okresie 24 m-cy

Część nr 12

Załącznik nr 6 do SIWZ

## pompy PCA Viltechmeda

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw.	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów 1x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	SP-14S-63100	06607	8-04411-00	2007	Przeгляд i testy bezpieczeństwa	1	2				
2.	SP-14S-63100	06707	8-04410-00	2007		1	2				
3.	SP-14S-63100	06807	8-04409-00	2007		1	2				
4.	SP-14S-63100	07107	8-04408-00	2007		1	2				
Suma											

**Zakres obsługi objętej umową serwisową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu, oraz wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego (w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.



**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym w okresie 24 m-cy

Część nr 13

Załącznik nr 6 do SIWZ

## sprzęt okulistyczny

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inw:	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów w / 1x rok	Sumaryczna Ilość przeglądów w	Cena ryczałtowa za jeden przegląd/ netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1.	Lampa szczelinowa	69653	b.n	1996	przeгляд	1	2				
2.	Lampa szczelinowa SL-1E	1107764	8-03665	2000		1	2				
3.	Lampa szczelinowa YZ5F	2220277	8-04298	2005		1	2				
4.	Lampa szczelinowa YZ5F	00831	8-04299	2005		1	2				
5.	Lampa szczelinowa G 400	2112610	8-04480-00	2009		1	2				
6.	Lampa szczelinowa G 400	2112609	8-04481-00	2009		1	2				
7.	Lampa szczelinowa G 400	2112608	8-04482-00	2009		1	2				

8.	Lampa szczelinowa G 400	14126 11	8- 04483- 00	2009		1	2				
9.	Lampa szczelinowa G 400	31126 12	8- 04484- 00	2009		1	2				
10.	Lampa szczelinowa SL-250	21494	8- 04704- 00	2000		1	2				
11.	Lampa szczelinowa SL 990-5	70303 27	8- 04705- 00	2007		1	2				
12.	Lampa szczelinowa 85-SL	08100 111	8- 04773- 00	2009		1	2				
13.	Lampa szczelinowa RSL-110	90412 5	8- 04807- 00	1991		1	2				
14.	Lampa szczelinowa NSL-5Z	08062 52	8- 04810- 00	2008		1	2				
15.	Autorefraktometr NIKON NR5500	62895	8- 03088- 00	1997		1	2				
16.	Autorefraktometr RM-8000B	20666 9	8-03664	2000		1	2				
17.	Autorefraktometr URK 700	K7HS C3D	8- 04451- 00	2008		1	2				
18.	Autorefraktometr URK 700	K7ID A2B	8- 04470- 00	2009		1	2				

19.	Autorefraktometr URK 700	K7ID A2C	8- 04471- 00	2009		1	2				
20.	Autorefraktometr URK 700	K7ID A1C	8- 04472- 00	2009		1	2				
21.	Autorefraktometr URK 700	K7ID A1D	8- 04473- 00	2009		1	2				
22.	Autorefraktometr AKR-520	DDK1 00360 3	8- 04682- 00	2010		1	2				
23.	Autorefraktometr NIDEK	11219	8- 04703- 00	2000		1	2				
24.	Autorefraktometr SPEEDY 1	29819	8- 04808- 00	1999		1	2				
25.	Polomierz 565950 Oculus	35210 030	8- 04687- 00	1999		1	2				
26.	Polomierz z komputerem M700	M915 188	8- 04769- 00	2009		1	2				
27.	Polomierz z komputerem M700	M835 092	8- 04815- 00	2009		1	2				
28.	Polomierz Centerfield II Oculus	8621- 4011	8-04273	2005		1	2				
29.	Dioptrymierz LM- EX	b.n.	8- 04806-	1993		1	2				

			00								
30.	Dioptrymierz LM-S1	35894 2	8-03698	2000		1	2				
31.	Dioptrymierz CL-200P	b.n.	8-04330-00	2006		1	2				
32.	Dioptrymierz JS2800S	05025 07S	8-04765-00	2008		1	2				
33.	Dioptrymierz JS2800S	01010 095	8-04766-00	2009		1	2				
34.	Autorefraktometr Speedy - K	02190 2	8-04770-00	2009		1	2				
35.	Autorefraktometr PRESTIGE	2008- P1290	8-04782-00	2008		1	2				
36.	Rzutnik testów ACP-700	P7IDB 5HA	8-04772-00	2009		1	2				
37.	Rzutnik testów	99060 468	8-04799-00	2005		1	2				
38.	Rzutnik testów DCP-900/A	DCLB C1LA	8-05171	2013		1	2				
39.	Rzutnik testów ACP-700		8-04887	2009		1	2				
Suma											

**Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie raz w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu .
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego.

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego przeglądom technicznym w okresie 24 m-cy

Część nr 14

Załącznik nr 6 do SIWZ

## sprzęt stomatologiczny

LP	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny producent	Nr inw.	Rok Produk cji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeглядó w / 2 x roku	Sumaryczn a Ilość przeглядów	Cena Ryczałtow a za jeden przeгляд/ netto	Wartoś ć netto	Podate k VAT %	Wartość brutto
1	Sympatic M04- n4/OP	012674	8- 04485 -00	2009	Przeгляд techniczn y	2	4				
2	US-03.3 Feniks	0706-0034	8- 04350 -00	2006		2	4				
3	Feniks ED	0706-00155	8- 04331 -00	2006		2	4				
4	Practic C	HK 766	8- 03470	2000		2	4				
5	Practic C	HK 762	8- 03471	2000		2	4				
6	SMILE MINI	001889/M	8- 04752 -00	2007		2	4				
7	SMILE MINI	001887/M	8- 04753 -00	2007		2	4				

8	SMILE MINI	001994/M	8- 04754 -00	2008		2	4				
9	SMILE MINI	001449/M	8- 04755 -00	2006		2	4				
10	SMILE MINI	001448/M	8- 04756 -00	2006		2	4				
11	Praktik B	BF306	8- 05163	1998		2	4				
12	SMILE MINI	01447/M	8- 04757 -00	2006		2	4				
13	Practic PRO	2000- 047/39725344 5	8- 04784 -00	2002		2	4				
14	Chiradent H	MD3272	8- 01173 - 00/100	1987		2	4				
15	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	337761	8- 02026 -00/w	2003		2	4				
16	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	340514	b.n.	2003		2	4				
17	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	337760	b.n	2003		2	4				



18	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337765	8-02032-00/w	2003		2	4					
19	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337766	8-02032-00/w	2003		2	4					
20	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337761	8-02026-00/w	2003		1	2					
Suma												

**Zakres obsługi objętej umową serwisową:**

- Wykonywanie dwa razy w roku pełnego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu z wpisaniem go do paszportu technicznego i wystawianie certyfikatu wykonania przeglądu lub protokołu przeglądu .
- Orzekanie o stanie technicznym danego sprzętu na zlecenie Zamawiającego ( w ramach ceny podanej za usługę przeglądu danego urządzenia).
- Koszt materiałów zużytych do wykonania przeglądów technicznych pokrywa Wykonawca.
- Wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne.

**Ponadto:**

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi serwisowe w postaci wszelkich napraw sprzętu podlegającego umowie, które wykraczają poza przeglądy techniczne. Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do paszportu technicznego

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego testom bezpieczeństwa elektrycznego w okresie 24 m-cy

Część nr 15

Załącznik nr 6 do SIWZ

**sprzęt okulistyczny**

LP	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny producent	Nr inw.	Rok Produk cji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeглядó w / 1x rok	Sumaryczn a Ilość przeглядów	Cena Ryczałtow a za jeden przeгляд/ netto	Wartoś ć netto	Podate k VAT %	Wartość brutto
1	Lampa szczelinowa	69653	b.n	1996	Test bezpiecze ństwa	1	2				
2	Lampa szczelinowa SL-1E	1107764	8- 03665	2000		1	2				
3	Lampa szczelinowa YZ5F	2220277	8- 04298	2005		1	2				
4	Lampa szczelinowa YZ5F	00831	8- 04299	2005		1	2				
5	Lampa szczelinowa G 400	2112610	8- 04480 -00	2009		1	2				
6	Lampa szczelinowa G 400	2112609	8- 04481 -00	2009		1	2				
7	Lampa szczelinowa G 400	2112608	8- 04482 -00	2009		1	2				
8	Lampa szczelinowa G 400	1412611	8- 04483 -00	2009		1	2				

9	Lampa szczelinowa G 400	3112612	8- 04484 -00	2009		1	2				
10	Lampa szczelinowa SL-250	21494	8- 04704 -00	2000		1	2				
11	Lampa szczelinowa SL 990-5	7030327	8- 04705 -00	2007		1	2				
12	Lampa szczelinowa 85-SL	08100111	8- 04773 -00	2009		1	2				
13	Lampa szczelinowa RSL-110	904125	8- 04807 -00	1991		1	2				
14	Lampa szczelinowa NSL-5Z	0806252	8- 04810 -00	2008		1	2				
15	Autorefraktometr NIKON NR5500	62895	8- 03088 -00	1997		1	2				
16	Autorefraktometr RM-8000B	206669	8- 03664	2000		1	2				
17	Autorefraktometr URK 700	K7HSC3D	8- 04451 -00	2008		1	2				
18	Autorefraktometr URK 700	K7IDA2B	8- 04470 -00	2009		1	2				
19	Autorefraktometr URK 700	K7IDA2C	8- 04471 -00	2009		1	2				

20	Autorefraktometr URK 700	K7IDA1C	8- 04472 -00	2009		1	2				
21	Autorefraktometr URK 700	K7IDA1D	8- 04473 -00	2009		1	2				
22	Autorefraktometr AKR-520	DDK10036 03	8- 04682 -00	2010		1	2				
23	Autorefraktometr NIDEK	11219	8- 04703 -00	2000		1	2				
24	Autorefraktometr SPEEDY 1	29819	8- 04808 -00	1999		1	2				
25	Polomierz 565950 Oculus	35210030	8- 04687 -00	1999		1	2				
26	Polomierz z komputerem M700	M915188	8- 04769 -00	2009		1	2				
27	Polomierz z komputerem M700	M835092	8- 04815 -00	2009		1	2				
28	Polomierz Centerfield II Oculus	8621-4011	8- 04273	2005		1	2				
29	Dioptrymierz LM- EX	b.n.	8- 04806 -00	1993		1	2				
30	Dioptrymierz LM- S1	358942	8- 03698	2000		1	2				

31	Dioptrymierz CL-200P	b.n.	8-04330-00	2006	1	2					
32	Dioptrymierz JS2800S	0502507S	8-04765-00	2008	1	2					
33	Dioptrymierz JS2800S	01010095	8-04766-00	2009	1	2					
34	Autorefraktometr Speedy - K	021902	8-04770-00	2009	1	2					
35	Autorefraktometr PRESTIGE	2008-P1290	8-04782-00	2008	1	2					
36	Rzutnik testów ACP-700	P7IDB5HA	8-04772-00	2009	1	2					
37	Rzutnik testów	99060468	8-04799-00	2005	1	2					
38	Rzutnik testów DCP-900/A	DCLBC1L A	8-05171	2013	1	2					
39	Rzutnik testów ACP-700		8-04887	2009	1	2					
							Suma				

**Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Koszt materiałów zużytych do wykonania testów pokrywa Wykonawca

---

podpis osoby/osób upoważnionej

## Wykaz sprzętu podlegającego testom bezpieczeństwa elektrycznego w okresie 24 m-cy

Część 16

załącznik nr 6 do SIWZ

**sprzęt stomatologiczny**

LP	Nazwa aparatu TYP	Nr seryjny producent	Nr inw.	Rok Produk cji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeглядó w / 1 x rok	Sumaryczn a Ilość przeглядów	Cena Ryczałtow a za jeden przeгляд/ netto	Wartoś ć netto	Podate k VAT %	Wartość brutto
1	Chirana Sympatic M04- n4/OP + sprężarka	012674	8- 04485 -00	2009	Test bezpiecze ństwa	1	2				
2	US-03.3 Feniks + sprężarka	0706-0034	8- 04350 -00	2006		1	2				
3	Feniks ED + sprężarka	0706-00155	8- 04331 -00	2006		1	2				
4	Practic C + sprężarka	HK 766	8- 03470	2000		1	2				
5	Practic C + sprężarka	HK 762	8- 03471	2000		1	2				
6	SMILE MINI + sprężarka	001889/M	8- 04752 -00	2007		1	2				
7	SMILE MINI + sprężarka	001887/M	8- 04753 -00	2007		1	2				

8	SMILE MINI + sprężarka	001994/M	8- 04754 -00	2008		1	2				
9	SMILE MINI + sprężarka	001449/M	8- 04755 -00	2006		1	2				
10	SMILE MINI + sprężarka	001448/M	8- 04756 -00	2006		1	2				
11	Praktik B + sprężarka	BF306	8- 05163	1998		1	2				
12	SMILE MINI + sprężarka	01447/M	8- 04757 -00	2006		1	2				
13	Practic PRO + sprężarka	2000- 047/39725344 5	8- 04784 -00	2002		1	2				
14	Chiradent H + sprężarka	MD3272	8- 01173 - 00/100	1987		1	2				
15	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	337761	8- 02026 -00/w	2003		1	2				
16	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	340514	b.n.	2003		1	2				
17	Skaler piezoelektryczn y SA CH-1260	337760	b.n	2003		1	2				



18	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337765	8-02032-00/w	2003		1	2				
19	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337766	8-02032-00/w	2003		1	2				
20	Skaler piezoelektryczny SA CH-1260	337761	8-02026-00/w	2003		1	2				
21	Lampa polimeryzacyjna ESPE Elipar	9354791	8-01661-00/w	2003		1	2				
22	Lampa polimeryzacyjna ESPE Elipar	9354913	b.n.	2003		1	2				
23	Lampa polimeryzacyjna ESPE Elipar	9354794	b.n.	2003		1	2				
24	Lampa polimeryzacyjna Coltolux75	01094787	b.n	b.d.		1	2				
25	Lampa polimeryzacyjna 5520BH	091559	b.n	b.d.		1	2				
26	Lampa polimeryzacyjna Expert	1090547	b.n	b.d.		1	2				
27	Lampa polimeryzacyjna Astralis 5	024730	b.n	b.d.		1	2				

28	Lampa polimeryzacyjna ESPE Elipar	3810184	8-03345-00/w	1998		1	2				
Suma											

**Zakres obsługi objętej umową:**

- Wykonywanie raz w roku testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN: 62353 i wystawianie protokołu z testów.
- Koszt materiałów zużytych do wykonania testów pokrywa Wykonawca

---

podpis osoby/osób upoważnionej